



Дом здравља „Краљево“ Краљево

Број: 13 – 1/17 – 1

Датум: 5.04.2017.

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања

Дана 03.04.2017. године електронским путем потенцијални понуђач упутио је наручиоцу захтев за додатним појашњењем, заводни број наручиоца 872 од 03.04.2017.године :

"Молим за додатно појашњење **сигурносног система** у Партији 1- Ставке 13,14,15, - шприц са иглом и сигурносним системом.?"

Одговор наручиоца гласи:

- Шприцеви са сигурносним системима су они шприцеви код којих се после прве апликације клип шприца залама. Наручилац је затражио у својој документацији достављање узорка и каталога из којих ће се недвосмислено утврдити тражене техничке карактеристике добара.



СТРУЧНА КОМИСИЈА