



Дом здравља „Краљево“ Краљево

Број: 13 – 4/16 – 1
Датум: 15.08.2016.

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања

Дана 10.08.2016. године електронским путем потенцијални понуђач упутио је наручиоцу захтев за додатним појашњењем, заводни број наручиоца 1762:

- „Молим Вас за појашњење конкурсне документације у делу техничке спецификације, на стр. 32 од 36, захтев под ред. бр. 13 – меморисање минимално 40 ЕКГ записа у интерној меморији уз могућност проширивања меморије минимум 2 GB.
Молим Вас да овај захтев проширења меморије од 2 GB искажете у броју ЕКГ – а снимака/записа (100, 200 итд.) како је уобичајено, обзиром да информација од 2 GB ништа не значи у медицинском смислу. Напомињемо да у зависности од формата ЕКГ снимак може да буде велике меморије или у стандардном компримованом формату мале, па је у том контексту небитна информација колика је меморија, већ за колико снимака желите проширење у односу на захтеваних 40“

Одговор наручиоца гласи:

- Наручилац је навео у конкурсној документацији да понуђени апарат мора имати меморисање минимално 40 ЕКГ записа у интерној меморији уз могућност проширивања меморије минимум 2 GB. Како сте и сами навели у свом захтеву за додатним појашњењима да ЕКГ снимак може да буде велике меморије или у стандардном компримованом формату мале, наручилац не може изразити екстерну меморију од минимум 2 GB крој број записа.

Дана 11.08.2016. године електронским путем потенцијални понуђач упутио је наручиоцу захтев за додатним појашњењем, заводни број наручиоца 1775:

- „1. Да ли је потребно да мени и софтвер на ЕКГ апарату буде на српском језику? Кретање кроз мени ЕКГ уређаја и одабир жељене функције на српском језику омогућава једноставну употребу уређаја за све кориснике.
2. Да ли прихватате понуду за ЕКГ уређај који има колор екран у боји са функцијом „touch“ на додир, велићине 7 inch који омогућава бољи преглед.....
3. Да ли прихватате понуду за уређај који све друге функције има боље од тражених, али нема могућност снимања ритма?“

Одговори наручиоца гласе:

- На питање под редним бројем 1 – није потребно да мени и софтвер на ЕКГ апарату буду на српском језику
- На питање под редним бројем 2 – наручилац је навео минималне техничке карактеристике у вези велићине екрана
- На питање под редним бројем 3 – Наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације да уређај мора поседовати могућност снимања ЕКГ ритма и аутоматског периодичног снимања ЕКГ записа

СТРУЧНА КОМИСИЈА