



# Дом здравља „Краљево“ Краљево

Број :14-4/15-1

Датум :9.02.2015

Предмет: Одговор

Дана 06.02.2015. потенцијални понуђач доставио је захтев за појашњењем конкурсне документације у поступку јавне набавке потрошни медицински материјал ЈНМВ број 14-4/15 заводни број 419 од 6.02.2015године који гласи:

- „Захтев на тему Партије 4-Вакутајнери,ставка 4. Који се тачно тип игле подразумева под термином вакум „бајонет“ игла?“

Одговор наручиоца гласи:

- Овим називом описана је игла која се не навија већ поставља на вакутајнер клик-клак системом попут брзе спојке и при постављању и при одбацивању већ употребљене.

С поштовањем,



Директор Дома здравља „Краљево“

Др Љубомир Стефановић, суб. спец. реуматолог

Дом здравља „Краљево“  
улица Југ Богданова 110  
36000 Краљево  
Шифра дел. 8621

Текући рачун  
840-853667-24  
Мат.бр.17870041  
ПИБ - 108589396

Тел.централа: 381(036) 301 - 999  
Секретарица: 381(036) 301 - 624  
Факс: 381(036) 301 - 910