



# Дом здравља „Краљево“ Краљево

Број: 13 – 4/16 – 2  
Датум: 29.08.2016.

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања

Дана 24.08.2016. године електронским путем потенцијални понуђач упутио је наручиоцу захтев за додатним појашњењем, заводни број наручиоца 1838:

- „У техничким условима за јавну набавку 13-4/16, који се односи на набавку ЕКГ апарата, молимо да се појасне одређене карактеристике. Тим поводом достављамо следећа питања/појашњења:

Питање 1: У вези са условом под тачком 6, молимо да појасните шта се тачно подразумева под аутоматским периодичним снимањем?

Питање 2: У вези са условом под тачком 10, да ли је прихватљиво да штампање копије последњег ЕКГ записа буде покренуто командама из менија?

Питање 3: У вези са условом под тачком 13, колики минимални капацитет у броју ЕКГ записа треба да омогући проширивање меморије?“

Одговор наручиоца гласи:

- Одговор на питање 1 – Под аутоматским периодичним снимањем подразумевају се процесне радње као што су аутоматско одређивање одвода и дужине траке и штампање извештаја.
- Одговор на питање 2 – Подразумева се да се штампање копије последњег ЕКГ записа покреће командама из менија.
- Одговор на питање 3 – Наручилац је на ово питање већ одговорио и одговор се налази на Порталу ЈН као и на интернет страници наручиоца.

СТРУЧНА КОМИСИЈА

